

NGUYÊN NHÂN GÂY LẠI THÂN XƯƠNG ĐÙI DO LỖI KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ

**TS BS BÙI VĂN ĐỨC
BV CTCH**

Quách Văn H - 1979

13/12/2010 gãy kín 1/3 trên thân xương đùi (T)

17/12/2010 KHX nẹp vít

XQ trước mổ lần 1

- Thân xương đùi (T) gãy ở 1/3 trên .
- Đường gãy chéo 45° , đơn giản , gập góc 30° trong
- Ống tủy rộng đều ở 1/3 giữa



XQ sau mổ ngày 17/12/2010

- Ổ gãy đã được nắn chỉnh
- KHX nẹp vít bỏ qua giai đoạn vít ép kết hợp 2 mặt gãy
- Nẹp vít đặt bên ngoài xương đùi :
 - . 2 vít trên đường gãy
 - . 4 vít dưới đường gãy
 - . 1 vít trong khe gãy



KẾT LUẬN

NGUYÊN NHÂN

- Bắt vít vào khe gãy
- Thiếu vít cố định đoạn gãy gần
- Bỏ qua giai đoạn KHx mặt gãy

Quách Văn H . 1979 - 24/02/ 2011

- Bong nẹp vít đùi (T) sau 2 tháng
- KHX lại 11/3/2011
- Khớp giả
- Nẹp vít khóa
- KHÔNG GHÉP XỐP

XQ trước mổ lần 2 -11/3/2011

- Ổ gãy cũ có đường gãy ngang
- Có 1 vít nằm trong khe gãy
(khe khớp giả)
- Nẹp vít trên ổ gãy cũ bị bong ở đoạn gãy dưới , gập góc 30^0 vào trong



XQ sau mổ lần 2 – 11/3/2011

- Xương đùi (T) được nắn chỉnh trên bình diện nghiêng .
Trên bình diện thẳng gập góc trong 30°
- 1 nẹp vít to KHX thân xương đùi (T) , bề ngang bằng đường kính thân xương đùi
- Vòng chỉ thép thừa



KẾT LUẬN

NGUYÊN NHÂN BUNG NẸP

Thiếu vít KHX đoạn gãy gần

Quách Văn H 1979

31/12/2012 Gãy dưới nẹp vít

02/01/2013 KHX nẹp vít khác

XQ trước mổ lần 3 – 02/01/2012

- Đường gãy thân xương đùi (T) ngang lỗ vít cuối cùng của nẹp vít khóa “ to khỏe ”
- Đường gãy ngang có 2 vị trí 1/3 giữa thân xương đùi (T) ; đoạn gãy xa xô dịch thân xương ra sau và trong , gập góc nhẹ 10^0 sau và ngoài .



XQ sau mổ lần 3 – 02/01/2012

- Nẹp vít khóa bỏ lỗ trống
- Ghép xương ngân hàng mô



KẾT LUẬN

NGUYÊN NHÂN

- Mất cân bằng lực chịu giữa sắt thép và xương đùi
- Ghép xương khô

MỖI LẦN GÃY LẠI CÓ MỘT NGUYÊN
NHÂN KHÁC TRONG KỸ THUẬT
ĐIỀU TRỊ



CẢM ƠN QUÍ ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ LẮNG NGHE