

Số: **782**/BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **4** năm 2024

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024 đến hết trước 16 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).



DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo công văn số 782/BVCTCH-TTB ngày 16 tháng 4 năm 2024)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Model	Serial Number	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tình trạng của thiết bị
1	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	System 6	0804500333	Stryker	Mỹ	Không hoạt động
2	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160340	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
3	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160318	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
4	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160325	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
5	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160342	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
6	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160338	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
7	Khoan xương sử dụng pin	Cái	01	PRO7100B	20160305	Conmed	Mỹ/Mexico	Không hoạt động
8	Hộp đựng pin dùng cho khoan pin Stryker	Cái	04	6126-120	-	Stryker	Mỹ	Hư hỏng, không sử dụng được

BỆNH VIỆN CHÂN THƯƠNG CHÍNH HÌNH

GIÁM ĐỐC



BS. Châu Văn Đỉnh