

Số: 1241 /BVCTCH-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chấn thương Chính hình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Chấn thương Chính hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Tuấn Thành

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế.

Điện thoại: 0379723716

Email: Ksthanh.bvctch@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng thời gửi bản scan qua email: Ksthanh.bvctch@gmail.com. Bao gồm: File scan báo giá, file scan các tài liệu liên quan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2023 đến hết trước 16 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Báo giá dịch vụ sửa chữa cụ thể cho từng trang thiết bị y tế theo bảng danh mục sửa chữa trang thiết bị y tế đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

- Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của bệnh viện mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

3. Các thông tin khác:

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa báo giá theo đúng Mẫu báo giá quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT Ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đã được chỉnh sửa cho phù hợp với từng gói thầu.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Web BV Chấn thương Chỉnh hình;
- Lưu: VT, TTB (03).



Châu Văn Đính

DANH MỤC SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo công văn số 1241 /BVCTCH-TTB ngày 16 tháng 8 năm 2023)

| STT | Tên trang thiết bị | Model | Serial Number | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tình trạng của thiết bị |
|-----|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| 1 | Đèn mổ treo trần Martin | Marled V10/V16 | mV16C2C 14 10 11C 0519 | Martin | Đức | Bộ cánh tay AC2000 bị hư đầu kết nối với cánh tay lò xo của đèn |
| 2 | Đèn mổ treo trần Martin | Marlux X8 CX/ X8 CX D | mLX8C2A 14 08 10C 0183 | Martin | Đức | Ổ đỡ trục cánh tay đèn bị cứng, điều khiển khó khăn |
| 3 | Máy nén khí trung tâm | Airmil's G MVX5 | 16096023 - 16096024 | Mil's | Pháp | Cần cung cấp mở rộng thêm bộ xả nước tự động cho bình chứa nhằm đảm bảo bình hoạt động an toàn và ổn định |
| 4 | Máy garo hơi zimmer | A.T.S 3000 | 3010FADG | Zimmer | Mỹ/Mexico | Máy không hoạt động |

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH



BS. Châu Văn Đỉnh

1000



1000